

UDC 615.477.22
C 45



中华人民共和国国家标准

GB 14722—93

骨骼式大腿假肢

Endoskeletal above knee prosthesis

1993-12-04 发布

1994-06-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

骨骼式大腿假肢

GB 14722—93

Endoskeletal above knee prosthesis

1 主题内容与适用范围

本标准规定了膝关节以上(包括膝关节离断)至髌关节以下(包括髌关节离断)截肢的成年人使用的骨骼式大腿假肢的型号、技术要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。


本标准适用于膝关节至髌关节之间截肢的成年人使用的骨骼式大腿假肢的设计、制作、装配及验收。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1931 木材含水率测定方法
- GB 3292 中国鞋号及鞋楦系列
- GB 9174 一般货物包装通用技术条件
- GB 10000 中国成年人人体尺寸
- GB/T 14191 假肢和矫形器术语
- GB 14723 下肢假肢通用件
- GB/T 14725 下肢假肢结构强度试验方法

3 型号

3.1 骨骼式大腿假肢的型号由产品代号、产品类型代号、结构类型代号和接受腔类型代号组成。其组成形式如下：



3.2 各代号分别选用汉语拼音中有代表意义的大写字母或阿拉伯数字表示。

3.2.1 产品代号

用“下肢假肢”中“下”和“假”字的汉语拼音首位字母“XJ”表示。

3.2.2 产品类型代号

用阿拉伯数字表示不同的产品类型代号,如表1。