

ICS 71.040.30  
G 63



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 677—2011  
代替 GB/T 677—1992

---

## 化学试剂 乙酸酐

Chemical reagent—Acetic anhydride

(ISO 6353-3:1987, Reagents for chemical analysis—  
Part 3: Specifications—Second series, NEQ)

2011-05-12 发布

2011-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**化 学 试 剂 乙 酸 酚**  
GB/T 677—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址：[www.gb168.cn](http://www.gb168.cn)

服务热线：010-68522006

2011 年 8 月第一版

\*

书号：155066 · 1-43257

版权专有 侵权必究

## 前　　言

本标准与 ISO 6353-3:1987《化学分析试剂 第 3 部分: 规格 第 2 系列》中 R41“乙酸酐”的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 677—1992《化学试剂 乙酸酐》，与 GB/T 677—1992 相比主要变化如下：

——调整了硫酸盐测定中化学纯的取样量(1992 年版的 4.2.3, 本版的 5.5);

——修改了包装及标志(1992 年版的第 6 章, 本版的第 7 章)。

本标准由中国石油和化学工业联合会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会化学试剂分会(SAC/TC 63/SC 3)归口。

本标准起草单位:国药集团化学试剂有限公司。

本标准主要起草人:陈浩云、陈红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 677—1965、GB/T 677—1978、GB/T 677—1992。

## 化学试剂 乙酸酐

**警告:**本标准规定的一些试验过程可能导致危险情况,使用者有责任采取适当的安全和健康措施。

示性式: $(CH_3CO)_2O$

相对分子质量:102.09(根据2007年国际相对原子质量)

### 1 范围

本标准规定了化学试剂中乙酸酐的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

本标准适用于化学试剂中乙酸酐的检验。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 602 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备(GB/T 602—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 603 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备(GB/T 603—2002,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 9723—2007 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 9727 化学试剂 磷酸盐测定通用方法(GB/T 9727—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9728 化学试剂 硫酸盐测定通用方法(GB/T 9728—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9729 化学试剂 氯化物测定通用方法(GB/T 9729—2007,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB/T 9740 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法(GB/T 9740—2008,ISO 6353-1:1982,NEQ)

GB 15258 化学品安全标签编写规定

GB 15346 化学试剂 包装及标志

HG/T 3921 化学试剂 采样及验收规则

### 3 性状

本试剂为无色透明液体,具有刺激味,与水混合变为乙酸。密度约1.08 g/mL。

### 4 规格

乙酸酐的规格见表1。

表 1

名 称	分 析 纯	化 学 纯
含量 $[(CH_3CO)_2O], w/\%$	$\geq 98.5$	$\geq 96.0$
蒸发残渣, $w/\%$	$\leq 0.002$	$\leq 0.005$
氯化物(Cl), $w/\%$	$\leq 0.0002$	$\leq 0.0005$
硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), $w/\%$	$\leq 0.0005$	$\leq 0.001$