



# 中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 750—2008

---

## 不锈钢尸体解剖台

Stainless steel autopsy table

2008-02-03 发布

2008-05-01 实施

---

中华人民共和国公安部 发布

## 前 言

本标准由中国法医学会提出。

本标准由全国刑事技术标准化技术委员会(SAC/TC 179)归口。

本标准起草单位:中国法医学会、公安部刑侦局、江苏省公安厅、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司、上海市公安局、广东省茂名市公安局。

本标准主要起草人:翟恒利、葛百川、顾林岗、乌信梓、王德明、靳力、宁锦。

# 不锈钢尸体解剖台

## 1 范围

本标准规定了法医用不锈钢尸体解剖台的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。

本标准适用于固定式和升降式的不锈钢尸体解剖台。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 191—2000 包装储运图示标志(eqv ISO 780:1997)

GB/T 1019—1989 家用电器包装通则

GB 9969.1—1998 工业产品使用说明书 总则

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**尸体解剖台 autopsy table**

用于尸体解剖检验的设备。

### 3.2

**升降式尸体解剖台 autopsy table with the function of rising and falling**

在一定高度范围内可升降的尸体解剖台。

### 3.3

**解剖台长度 length of autopsy table**

解剖台长度的最大直线距离。

### 3.4

**解剖台宽度 width of autopsy table**

解剖台宽度的最大直线距离。

### 3.5

**解剖台高度 high of autopsy table**

解剖台工作台上沿到地面的垂直距离。

### 3.6

**解剖作业区域长度 length of autopsy district**

解剖时用于放置尸体的最大长度距离。