



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0173—2010

代替 YY/T 0173.1~0173.3—1994、YY/T 0173.10~0173.12—1994

手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉

Surgical instruments—Gill shaft, bolt and rivet

2010-12-27 发布

2012-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

前 言

本标准代替 YY/T 0173.1—1994《手术器械 圆柱沉头鳃轴螺钉》、YY/T 0173.2—1994《手术器械 球面沉头鳃轴螺钉》、YY/T 0173.3—1994《手术器械 钳用鳃轴》、YY/T 0173.10—1994《手术器械 圆柱沉头鳃轴铆钉》、YY/T 0173.11—1994《手术器械 球面圆柱头鳃轴螺钉》、YY/T 0173.12—1994《手术器械 圆柱头鳃轴螺钉》。

本标准与原标准的区别为：整合 YY/T 0173.1—1994、YY/T 0173.2—1994、YY/T 0173.3—1994、YY/T 0173.10—1994、YY/T 0173.11—1994 和 YY/T 0173.12—1994，更名为《手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉》。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会(SAC/TC 94)提出并归口。

本标准主要起草单位：常州市康辉医疗器械有限公司。

本标准主要起草人：杜军、邹冰、蒋谊康。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 3349—1982、YY/T 0173.1—1994；
- GB 3348—1982、YY/T 0173.2—1994；
- GB 3054—1982、YY/T 0173.3—1994；
- ZBC 30020—1988、YY/T 0173.10—1994；
- ZBC 31003—1986、YY/T 0173.10—1994；
- ZBC 31004—1986、YY/T 0173.10—1994。

手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉

1 范围

本标准规定了手术器械鳃轴、螺钉和铆钉的分类、型式和尺寸等要求。

本标准适用于供手术器械钳类产品设计鳃轴、螺钉、铆钉时选用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 196—2003 普通螺纹 基本尺寸(ISO 724:1993,MOD)

GB/T 197—2003 普通螺纹 公差(ISO 965-1:1998,MOD)

GB/T 1220—2007 不锈钢棒

3 型式和尺寸

3.1 鳃轴

鳃轴的型式和基本尺寸应符合图 1 和表 1 规定。




图 1 鳃轴