



中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 226.7—2009
代替 YS/T 226.11—1994

硒化学分析方法 第7部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of selenium—
Part 7: Determination of magnesium content—
Flame atomic absorption spectrometry

2009-12-04 发布

2010-06-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国有色金属
行业标准
硒化学分析方法
第7部分：镁量的测定
火焰原子吸收光谱法
YS/T 226.7—2009

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

网址 www.spc.net.cn

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 9 千字
2010年4月第一版 2010年4月第一次印刷

*

书号：155066·2-20505

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

前 言

YS/T 226《硒化学分析方法》共分为 13 个部分：

- 第 1 部分：铋量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
- 第 2 部分：铈量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法
- 第 3 部分：铝量的测定 铬天青 S-溴代十六烷基吡啶分光光度法
- 第 4 部分：汞量的测定 双硫脲-四氯化碳滴定比色法
- 第 5 部分：硅量的测定 硅钼蓝分光光度法
- 第 6 部分：硫量的测定 对称二苯氨基脲分光光度法
- 第 7 部分：镁量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 8 部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 9 部分：铁量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 10 部分：镍量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 11 部分：铅量的测定 火焰原子吸收光谱法
- 第 12 部分：硒量的测定 硫代硫酸钠容量法
- 第 13 部分：银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌量的测定 电感耦合等离子体质谱法

本部分为 YS/T 226 的第 7 部分。

本部分代替 YS/T 226.11—1994《硒中镁、铜、铁、镍量的测定 火焰原子吸收光谱法》中镁量的测定部分。与 YS/T 226.11—1994 相比，本部分主要有如下变化：

- 将测定范围由 0.000 2%~0.002% 修改为 0.000 2%~0.02%；
- 增加了一条工作曲线的绘制；
- 补充了质量保证和控制条款；
- 增加了重复性限，将允许差改为再现性限。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：金川集团有限公司。

本部分参加起草单位：北京有色金属研究总院、广州有色金属研究院。

本部分主要起草人：张发志、于乾勇、石晶晶、林秀英、于晓霞、刘红、高燕。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 2120—1980；
- YS/T 226.11—1994。

硒化学分析方法

第7部分：镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

YS/T 226 的本部分规定了硒中镁量的测定方法。

本部分适用于硒中镁量的测定。测定范围：0.000 2%~0.02%。

2 方法提要

试料用硝酸分解，于 320 ℃挥发除去硒，加入铯盐消除共存元素的干扰，在 3% 盐酸介质中，用空气-乙炔火焰分别于波长 285.2 nm 处测定镁的吸光度，按工作曲线法计算镁量。

3 试剂

如无特别说明，本部分所用水均为二次蒸馏水，所用试剂均为优级纯。

3.1 硝酸(ρ 1.42 g/mL)。

3.2 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。

3.3 盐酸(1+2)。

3.4 铯溶液(10 g/L)：称取 30.43 g 氯化铯(优级纯)，置于 250 mL 烧杯中，加水溶解。移入 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

3.5 镁标准贮存溶液：称取 1.658 g 氧化镁(高纯，预先经 800 ℃下灼烧至恒重，并在干燥器中冷至室温)置于 250 mL 烧杯中，加入 20 mL 硝酸(3.1)，驱赶酸烟后取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷却后，移入 1 000 mL 容量瓶中，以水定容，此溶液 1 mL 含有 1 mg 镁。

3.5.1 镁标准溶液 A：移取 5.00 mL 镁标准贮存溶液(3.5)，置于 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液 1 mL 含 5 μ g 镁。

3.5.2 镁标准溶液 B：移取 25.00 mL 镁标准贮存溶液(3.5)，置于 1 000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液 1 mL 含 25 μ g 镁。

4 仪器

4.1 原子吸收光谱仪，附镁空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量试液基本一致的溶液中，镁的特征浓度不大于 0.01 μ g/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的 1.0%；用最低浓度的标准溶液(不是“零”标准溶液)测量 10 次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的 0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于 0.85。

原子吸收光谱仪参考工作条件见表 1。

表 1 仪器工作条件

波长/nm	灯电流/mA	单色器通带/nm	观测高度/mm	火焰类型
285.2	5	0.2	8	化学计量火焰