

ICS 11.040.30
C 36



中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0925—2014

会 阴 剪

Perineum scissors

2014-06-17 发布

2015-07-01 实施

国家食品药品监督管理总局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准的要求参照 YY/T 0176—2006《医用剪刀 通用技术条件》，硬度试验改为维氏表示，同时增加了最大剪切力。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国计划生育器械标准化技术委员会(SAC/TC 169)提出并归口。

本标准起草单位：上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂、国家食品药品监督管理总局上海市医疗器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人：章红霞、姚天平、郑强。

会 阴 剪

1 范围

本标准规定了会阴剪的结构型式和材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于供剪切会阴组织用的会阴剪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1220 不锈钢棒

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 4340.1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法

GB/T 10610 产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法

YY/T 0149—2006 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

YY/T 1052 手术器械标志

3 结构型式和材料

3.1 会阴剪的结构型式和基本尺寸应符合图1的规定。

3.2 会阴剪应采用 GB/T 1220 或 GB/T 4237 中规定的 30Cr13、32Cr13Mo 或 40Cr13 材料制成。