

中华人民共和国工业和信息化部
石油和化工计量技术规范

JJF(石化)036—2020

漆膜附着力测定仪(划圈法)
校准规范

Calibration Specification for Film Adhesion Testers
(Circle-drawing Method)

2020-12-09 发布

2020-12-31 实施


中华人民共和国工业和信息化部 发布

漆膜附着力测定仪(划圈法)

校准规范

Calibration Specification for Film

Adhesion Testers (Circle-drawing Method)



JJF(石化)036—2020

归口单位：中国石油和化学工业联合会

主要起草单位：中海油常州涂料化工研究院有限公司

参加起草单位：标格达精密仪器（广州）有限公司

国恒信（常州）检测认证技术有限公司

本规范委托全国石油和化工行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

周文沛（中海油常州涂料化工研究院有限公司）

苏春海（中海油常州涂料化工研究院有限公司）

吴 璇（中海油常州涂料化工研究院有限公司）

顾辉旗（中海油常州涂料化工研究院有限公司）

参加起草人：

王崇武 [标格达精密仪器（广州）有限公司]

陆 琰 [国恒信（常州）检测认证技术有限公司]

目 录

引言	(II)
1 范围	(1)
2 引用文件	(1)
3 概述	(1)
3.1 原理	(1)
3.2 构造	(1)
4 计量特性	(2)
5 校准条件	(2)
5.1 环境条件	(2)
5.2 测量标准及其他设备	(2)
6 校准项目和校准方法	(2)
6.1 校准项目	(2)
6.2 校准方法	(3)
7 校准结果	(3)
7.1 校准记录	(3)
7.2 校准证书	(3)
7.3 不确定度	(3)
8 复校时间间隔	(3)
附录 A 漆膜附着力测定仪（划圈法）校准记录格式	(4)
附录 B 漆膜附着力测定仪（划圈法）校准证书内页格式	(5)
附录 C 回转直径测量结果不确定度评定示例	(6)

引 言

本规范依据 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行编制。

本规范主要参考 GB/T 1720—2020《漆膜划圈试验》制定。

本规范为首次发布。

漆膜附着力测定仪(划圈法) 校准规范

1 范围

本规范适用于漆膜划圈试验用漆膜附着力测定仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T 1720—2020 漆膜划圈试验

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

3.1 原理

漆膜附着力测定仪是将样板固定在一个前后可移动的平台，在平台水平移动的同时，做圆圈运动的转针划透漆膜，并能划出重叠圆滚线的划痕。通过观察划痕处漆膜的脱落程度判定漆膜的附着能力。

3.2 构造

漆膜附着力测定仪结构示意图见图 1、图 2（仅供参考）。




图 1 手动漆膜附着力测定仪结构示意图

1—荷重盘；2—升降棒；3—卡针盘；4—回转半径调整栓；5—固定样板调整螺栓；6—试验台；
7—半截螺帽；8—摇柄；9—试验台丝杆；10—调整螺栓