

ICS 11.180.99
C 45



中华人民共和国国家标准

GB/T 20403—2006

普通固定式康复训练床

Rigid rehabilitation training bed

2006-03-10 发布

2006-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国残疾人康复和专用设备标准化技术委员会(SAC/TC 148)归口。

本标准负责起草单位:国家康复器械质量监督检验中心。

本标准参加起草单位:中国康复研究中心、常州钱璟康复器材有限公司。

本标准主要起草人:曲京仓、戴东、王保华、常华、王仁兴。

普通固定式康复训练床

1 范围

本标准规定了普通固定式康复训练床的术语和定义、型号、要求、试验方法、批量检验和判定规则、检验报告以及标志、标签和包装的规定。

本标准适用于在室内进行普通康复训练,床体固定的训练床。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB 9969.1 工业产品使用说明书 总则

GB/T 10357.6 家具力学性能试验单层床强度和耐久性

3 术语和定义

3. 1

康复训练床 rehabilitation training bed

用于在室内进行肢体康复训练的床类产品。


3. 2

固定式康复训练床 rigid rehabilitation training bed

在训练中床体与床面固定的康复训练床,可简称为训练床。

4 型号

4.1 训练床的型号由名称代号、类型代号及设计改进代号组成。其形式如下：



4.2 名称代号

训练床的名称代号用其首位大写汉语拼音字母 X 表示。

4.3 类型代号

类型代号用阿拉伯数字1、2表示。其中“1”表示单人训练床，“2”表示双人训练床。

4.4 设计、改进代号

设计、改进代号用阿拉伯数字 1、2、3……依次表示其设计或改进顺序。

4.5 示例

X11—表示为第一次设计的单人固定式康复训练床。