



中华人民共和国公共安全行业标准

GA/T 750—2021

代替 GA/T 750—2008

不锈钢尸体解剖台

Stainless steel autopsy table

2021-10-14 发布

2022-05-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

中华人民共和国公共安全
行业标准
不锈钢尸体解剖台

GA/T 750—2021

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.spc.org.cn

服务热线: 400-168-0010

2022年6月第一版

*

书号: 155066·2-36656

版权专有 侵权必究

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GA/T 750—2008《不锈钢尸体解剖台》，与 GA/T 750—2008 相比，主要技术变化如下：

- 增加了规范性引用文件(见第 2 章)；
- 更改了术语和定义(见第 3 章,2008 年版的第 3 章)；
- 更改了基本参数(见 4.1,2008 年版的 4.1)；
- 更改了技术要求(见 5.1.1、5.2.3、5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.2.1、5.3.2.3、5.4.1.1.1、5.4.1.1.2、5.4.1.2、5.4.1.3 和 5.5,2008 年版的 5.1.1、5.2.3、5.3.1.1、5.3.1.2、5.3.2.1、5.3.2.3、5.4.1.1.1、5.4.1.1.2、5.4.1.3、5.4.1.4 和 5.5)；
- 删除了试验方法中的部分内容(见 2008 年版的 6.2.3 和 6.4.2)。

本文件由全国刑事技术标准化技术委员会刑事技术产品分技术委员会(SAC/TC 179/SC 8)提出并归口。

本文件起草单位：无锡市帆鹰警用器材有限公司、无锡市帆鹰警用器材新技术有限公司、公安部物证鉴定中心、中国法医学会、江苏省公安厅、珠海市公安局。

本文件主要起草人：乌信梓、田雪梅、翟恒利、徐理想、秦瑛、孔令贵。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 2008 年首次发布为 GA/T 750—2008,本次为第一次修订。

不锈钢尸体解剖台

1 范围

本文件规定了法医用不锈钢尸体解剖台的技术要求、试验方法,检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。

本文件适用于固定式和升降式的不锈钢尸体解剖台。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 9969—2008 工业产品使用说明书 总则

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

尸体解剖台 **autopsy table**

用于承载尸体检验的操作台。

3.2

升降式尸体解剖台 **autopsy table with the function of rising and falling**

在一定高度范围内可升降的尸体解剖台。

3.3

解剖台长度 **length of autopsy table**

纵向两端的最大直线距离。

3.4

解剖台宽度 **width of autopsy table**

横向两端的最大直线距离。

3.5

解剖台高度 **height of autopsy table**

解剖台上沿到地面的垂直距离。

3.6

解剖作业区域长度 **length of autopsy district**

解剖时用于放置尸体的最大距离。