



中华人民共和国国家标准

GB/T 5070.11—2002
代替 GB/T 5070.9—1985

镁铬质耐火材料化学分析方法 第 11 部分: 火焰原子吸收光谱法 测定氧化锰量

Chemical analysis of magnesia chromite refractories—
Part 11:Determination of manganese oxide—
Atomic absorption spectrophotometric method

2002-12-31 发布

2003-06-01 实施

中华人 民共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
镁铬质耐火材料化学分析方法
第 11 部分: 火焰原子吸收光谱法
测定氧化锰量

GB/T 5070.11—2002

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

电话: 63787337、63787447

2005 年 8 月第一版 2005 年 9 月电子版制作

*

书号: 155066 · 1-23192

版权专有 侵权必究
举报电话: (010)68533533

前　　言

GB/T 5070《镁铬质耐火材料化学分析方法》分为以下几个部分：

- 第1部分：重量法测定灼烧减量；
- 第2部分：钼蓝光度法测定二氧化硅量；
- 第3部分：邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量；
- 第4部分：EDTA容量法测定氧化铝量；
- 第5部分：二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量；
- 第6部分：EGTA容量法测定氧化钙量；
- 第7部分：EDTA容量法测定氧化钙量；
- 第8部分：CyDTA容量法测定氧化镁量；
- 第9部分：EDTA容量法测定氧化镁量；
- 第10部分：硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量；
- 第11部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量；
- 第12部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量。

本部分为GB/T 5070的第11部分。

本部分代替GB/T 5070.9—1985《镁铬质耐火材料化学分析方法 原子吸收分光光度法测定氧化锰量》。

本部分与GB/T 5070.9—1985相比主要变化如下：

- 增加了“前言”、“规范性引用文件”、“质量保证和控制”、“试验报告”；
- 对试样制备作了详细规定，增加了可操作性；
- 增加了对分析值修约位数的规定，并允许采用其他规定；
- 按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T 20001.4—2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的规定对结构和格式进行了调整。

本部分的附录A是规范性附录。

本部分由原国家冶金工业局提出。

本部分由全国耐火材料标准化技术委员会(CSBTS/TC 193)归口。

本部分起草单位：洛阳耐火材料研究院。

本部分主要起草人：郭秋红、梁献雷、顾启璋。

本部分所代替的历次版本发布情况为：

- GB/T 5070.9—1985。

镁铬质耐火材料化学分析方法

第 11 部分: 火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量

1 范围

GB/T 5070 的本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量的方法。

本部分适用于镁铬质耐火材料中氧化锰量的测定。测定范围(质量分数)为 0.01%~0.50%。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 5070 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 5070.1—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第 1 部分:重量法测定灼烧减量

GB/T 7728 冶金产品化学分析 火焰原子吸收光谱法通则

GB/T 8170 数值修约规则

GB/T 10325 定形耐火制品抽样验收规则

GB/T 12805 实验室玻璃仪器 滴定管

GB/T 12806 实验室玻璃仪器 单标线容量瓶

GB/T 12808 实验室玻璃仪器 单标线吸量管

GB/T 17617 耐火原料和不定形耐火材料 取样

3 原理

试样用氢氟酸-高氯酸分解后,不溶残渣用碳酸钠-硼酸混合熔剂熔融,制成盐酸溶液。硅的干扰借用氢氟酸分解试样挥散消除。于原子吸收光谱仪波长 279.5 nm 处测量氧化锰的吸光度。

4 试剂

4.1 混合熔剂:取 2 份无水碳酸钠(优级纯)与 1 份硼酸(优级纯)研细,混匀。

4.2 混合熔剂-盐酸溶液:准确称取 20 g 混合熔剂(4.1),加入 40 mL 盐酸(4.3),溶解后移入 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。

4.3 盐酸(1+1):用优级纯盐酸配制。

4.4 氢氟酸:优级纯。

4.5 高氯酸:优级纯。

4.6 氧化锰标准溶液(含 MnO 1 mg/mL):

称取 0.387 2 g 金属锰(99.99%),置于 250 mL 烧杯中,加入 10 mL 盐酸(4.3),待其溶解后移入 500 mL 容量瓶(5.4)中,用水稀释至刻度,摇匀。

4.7 氧化锰标准溶液(含 MnO 25 μg/mL):

用移液管(5.3)移取 25.00 mL 氧化锰标准溶液(4.6),置于 1 000 mL 容量瓶(5.4)中,用水稀释至刻度,摇匀。