

ICS 59.080.01
W 40

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 40008—2016

蚕丝黑板检验用暗室技术要求

Technical requirements of darkroom for silk seriplane test

2016-04-05 发布

2016-09-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国丝绸标准化技术委员会(SAC/TC 401)归口。

本标准负责起草单位：浙江出入境检验检疫局丝类检测中心、浙江丝绸科技有限公司、广东出入境检验检疫局、山东纤维检验局、四川出入境检验检疫局、鑫缘茧丝绸集团股份有限公司、安徽天彩丝绸有限公司。

本标准主要起草人：徐进、潘璐璐、徐浩、周颖、李淳、杨华、周盛波、杨春生、张颖。

蚕丝黑板检验用暗室技术要求

1 范围

本标准规定了蚕丝黑板检验用暗室的结构、光源布置、光源照度等技术要求。
本标准适用于蚕丝黑板检验用暗室的制作、安装、调试与验收。

2 要求

2.1 暗室结构要求

2.1.1 暗室结构平面图如图 1 所示。暗室的内部空间宽度不应小于 3 300 mm,深度不应小于 3 000 mm,高度不应低于 2 400 mm。

单位为毫米




图 1 暗室结构平面图

2.1.2 暗室内部屏风结构及尺寸要求如图 2 所示,左右对称。