

中华人民共和国国家标准

GB/T 11417. 5—2012

眼科光学 接触镜 第5部分:光学性能试验方法

Ophthalmic optics—Contact lenses—
Part 5: Testing methods for optical properties

(ISO 18369-3:2006, Ophthalmic optics—Contact lenses— Part 3: Measurement methods, NEQ)

2012-12-31 发布 2013-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 皮 布 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

前 言

《眼科光学 接触镜》与 GB/T 28539《眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 防腐剂的摄入和释放的测定指南》和 GB/T 28538《眼科光学 接触镜和接触镜护理产品 兔眼相容性研究试验》共同构成接触镜系列国家标准。

《眼科光学 接触镜》分为以下 9 个部分:

- ——第1部分:词汇、分类和推荐的标识规范;(GB/T 11417.1)
- ----- 第 2 部分:硬性接触镜;(GB 11417.2)
- ----第3部分:软性接触镜;(GB 11417.3)
- ——第 4 部分:试验用标准盐溶液;(GB/T 11417.4)
- ——第 5 部分:光学性能试验方法;(GB/T 11417.5)
- ——第6部分:机械性能试验方法;(GB/T 11417.6)
- ——第7部分:理化性能试验方法;(GB/T 11417.7)
- ——第8部分:有效期的确定;(GB/T 11417.8)
- ——第9部分:紫外和可见光辐射老化试验(体外法);(GB/T 11417.9)

本部分为第5部分。

本部分按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分使用重新起草法参考 ISO 18369-3:2006《眼科光学 接触镜 第3部分:测量方法》编制。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理局提出。

本部分由全国光学和光子学标准化技术委员会医用光学和仪器分技术委员会(SAC/TC 103/SC 1)归口。

本部分起草单位:国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心、浙江省医疗器械检验所。

本部分主要起草人:贾晓航、文燕、齐伟明、何涛、郑建、张敬东、黄恰恰。

眼科光学 接触镜 第5部分:光学性能试验方法

1 范围

GB/T 11417.5 规定了接触镜光学性能的测试方法。 本部分适用于成品接触镜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新本版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 5702-2003 光源显色性评价方法
- GB/T 11417.1-2002 眼科光学 接触镜 第1部分:词汇、分类和推荐的标识规范
- GB/T 11417.4-2002 眼科光学 接触镜 第4部分:试验用标准盐溶液
- GB 17341-1998 光学和光学仪器 焦度计

3 术语和定义

GB/T 11417.1-2012 界定的及以下术语和定义适用于本文件。

3. 1

再现条件 reproducibility conditions

在不同实验室,由不同操作者使用不同的设备,对同一测试样品采用相同的测试方法,获得相互独立的测试结果的条件。

3.2

再现性限 reproducibility value

R

在再现条件下得到的两个单次测试结果的绝对差值,期望不大于 R 值的概率是 95%。

4 后顶焦度的测定

4.1 总则

接触镜的后顶焦度在空气中可使用焦度计测定,在盐溶液中可使用莫尔偏折仪或哈特曼法测定(见4.2.3 和附录 A)。

4.2 焦度计测量方法

4.2.1 仪器性能

应采用符合 GB 17341—1998 的焦度计测量,但接触镜片测座需作如下修改。 相对于框架镜片而言,接触镜片矢高更大、光学区直径更小,在焦度计配带的框架镜片测座上,接触