

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0169.2—94

丁基橡胶抗生素瓶塞

1994-07-02 发布

1994-11-01 实施

国家医药管理局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国医药
行业 标 准
丁基橡胶抗生素瓶塞
YY 0169.2-94

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码: 100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话: (010)51299090、68522006

1994 年 10 月第一版

*

书号: 155066·2-9550

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68522006

丁基橡胶抗生素瓶塞

本标准等效采用国际标准 ISO 8362-2—1988《医用注射器具——第二部分：注射瓶瓶塞》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了丁基橡胶抗生素瓶塞的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以丁基橡胶为主要原料制造的一次性使用的抗生素瓶塞(以下简称“瓶塞”)。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 3672 橡胶实心模压和压出制品尺寸公差

GB 6543 瓦楞纸箱

GB 6682 实验室用水规格

GB/T 14233.2 医用输液、输血、注射器具检验方法 第二部分：生物试验方法

YY/T 0169.3 丁基橡胶药用瓶塞化学试验方法

3 产品分类

3.1 瓶塞按所配套的瓶子类型分为 A 型、B 型两种。

3.2 瓶塞的结构和尺寸按下图、表 1 规定。

3.3 标记示例

符合本标准要求,型式 A 型,公称尺寸 20 mm 的丁基橡胶抗生素瓶塞标记为:

丁基橡胶抗生素瓶塞 20-A YY 0169.2—94