

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0172—94

子 宫 探 针

1994-07-02 发布

1994-11-01 实施

国家医药管理局 发布

子 宫 探 针

1 主题内容与适用范围

本标准规定了子宫探针(以下简称探针)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于探针,该产品供妇产科探测子宫颈方向和深度用。

2 引用标准

GB 191 包装储运图示标志

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB/T 4342 金属显微维氏硬度试验方法

GB 4424 普通黄铜棒

GB 6463 金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述

YY 0076 金属制件的镀层分类技术条件

ZB C30 001 手术器械标志

ZB C30 022 医疗器械铬镀层测试计时点滴法

3 产品分类

探针的型式、基本尺寸及极限偏差应符合下图的规定。