



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 32065.5—2015

---

## 海洋仪器环境试验方法 第 5 部分：高温贮存试验

Environmental test methods for oceanographic instruments—  
Part 5: Dry heat storage

2015-10-09 发布

2016-01-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

GB/T 32065《海洋仪器环境试验方法》分为 17 个部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：低温试验；
- 第 3 部分：低温贮存试验；
- 第 4 部分：高温试验；
- 第 5 部分：高温贮存试验；
- 第 6 部分：恒定湿热试验；
- 第 7 部分：交变湿热试验；
- 第 8 部分：温度变化试验；
- 第 9 部分：长霉试验；
- 第 10 部分：盐雾试验；
- 第 11 部分：冲击试验；
- 第 12 部分：碰撞试验；
- 第 13 部分：倾斜和摇摆试验；
- 第 14 部分：振动试验；
- 第 15 部分：水压试验；
- 第 16 部分：海水腐蚀试验；
- 第 17 部分：温度-湿度-振动综合试验。

本部分为 GB/T 32065 的第 5 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家海洋局提出。

本部分由全国海洋标准化技术委员会(SAC/TC 283)归口。

本部分起草单位：国家海洋标准计量中心。

本部分主要起草人：张艳圃、刘士栋、杨哲玲、隋军、庞永超。

# 海洋仪器环境试验方法

## 第 5 部分:高温贮存试验

### 1 范围

GB/T 32065 的本部分规定了海洋仪器高温贮存试验的试验要求、试验过程及相关信息。  
本部分适用于考核或确定海洋仪器在高温环境条件下贮存的适应性。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 32065.1—2015 海洋仪器环境试验方法 第 1 部分:总则

### 3 试验要求

#### 3.1 一般要求

海洋仪器高温贮存试验的标准大气条件、试验样品安装、试验温度稳定、试验中断处理等应分别按照 GB/T 32065.1—2015 中 4.2、6.1、6.2 和第 7 章的规定进行。

#### 3.2 试验设备

3.2.1 试验设备应符合 GB/T 32065.1—2015 中第 5 章的规定。

3.2.2 试验时,试验样品应尽可能的靠近试验箱(室)的中央,其任何表面与对应的试验箱(室)壁间的最小距离应大于 15 cm,且试验箱(室)内的风速应不大于 1.7 m/s。

3.2.3 试验样品在试验箱(室)内应不受任何发热和冷却元件的直接辐射。

3.2.4 试验箱(室)内的水蒸气不超过  $20 \text{ g/m}^3$  (相当于  $35 \text{ }^\circ\text{C}$  时 50% 的相对湿度)。

#### 3.3 试验温度

除另有规定外,海洋仪器高温贮存试验温度应从下列数值中选取:

- a)  $(55 \pm 2)^\circ\text{C}$ ;
- b)  $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 。

注:  $70 \text{ }^\circ\text{C}$  仅适用于北非、中东、巴基斯坦和印度、美国西南部和墨西哥北部及赤道周边等地的极端贮存环境。

#### 3.4 持续时间

除另有规定外,海洋仪器高温贮存试验持续时间为 8 h。

### 4 试验过程

#### 4.1 预处理

将试验样品放置在标准大气条件下,使之达到温度稳定,或按照相关规范(例如:产品标准、试验大