



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0083—92

---

## 医疗仪器设备用产品铭牌

1992-01-21 发布

1992-10-01 实施

国家医药管理局 发布

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了医疗仪器、设备和其他医疗器械上安装的产品铭牌的型式、内容、内容排列和一般质量、安装等方面的要求。

本标准适用于医疗仪器、设备和其他医疗器械产品上使用铭牌的设计、制造和安装等一般要求。

## 2 铭牌的型式和基本尺寸

铭牌的型式和基本尺寸,可由生产厂根据产品特点自行选择,如采用矩形和椭圆形铭牌,可参见附录 A 铭牌型式和尺寸(参考件)。

## 3 铭牌上标示的内容及排列

3.1 铭牌上一般应有下列内容。

### 3.1.1 制造厂名称

制造厂名称全称。

### 3.1.2 产品名称

应与产品标准中的名称相一致,不得简略。

### 3.1.3 产品型号

无型号的产品此项可以省略。

### 3.1.4 出厂编号

同一规格品种,其编号不得重复。

### 3.1.5 出厂年月

须列出完整的年月,例如 1989 年 5 月。

### 3.1.6 商标

须经注册的商标,此项内容由生产单位决定。

### 3.1.7 产品规格

体现产品规格的主要特征。

### 3.1.8 主要技术参数

如电源电压、频率、额定功率、转速、温度调节范围……。标出的项目名称,应与产品标准中的规定相一致。

### 3.1.9 计量器具许可证、生产许可证标志及编号

计量器具产品必须标上制造计量器具许可证的标志和编号;取得生产许可证的产品应标上生产许可证标记及编号。

注:① 铭牌上标示的内容,可根据具体产品的需要来选用,并且必须与产品标准中规定的内容相一致。

② 优质产品标志,必须符合有关的规定。

3.2 铭牌标示内容的排列次序,一般规定如下。