

**YY**

# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0282—1995

---

## 注 射 针

1995-11-14 发布

1996-05-01 实施

---

国家医药管理局 发布

# 注 射 针

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了注射针的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存等要求。本标准适用于金属注射针。该产品安装于注射器上,作为对人体皮下、肌肉、静脉注射药液用。

## 2 引用标准

- GB 191—90 包装储运图示标志
- GB 1220—92 不锈钢棒
- GB 1962—1995 注射器、注射针及其他医疗器械 6:100 圆锥接头配合尺寸
- GB 2828—87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4428—84 铅黄铜针座棒
- GB 4506—84 针尖锋利度和强度试验方法
- GB 12256—90 注射针针管刚度试验方法
- YY/T 0149—93 不锈钢医用器械耐腐蚀性能试验方法

## 3 产品分类

3.1 注射针的型式和基本尺寸应符合下图和表 1 的规定。

